

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oct@nt-rt.ru | http://optec.nt-rt.ru

## ПРОБООТБОРНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ (АСПИРАТОР) «ОП-442 ТЦ»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задание расхода газа в диапазоне	0,2–20,0 дм <sup>3</sup> /мин.
Диапазон задаваемых расходов	
1, 2 каналы	0,2–1,0 дм <sup>3</sup> /мин.
3, 4 каналы	5,0–20,0 дм <sup>3</sup> /мин.
Дискретность задания расхода газа в диапазоне	
0,2–1,0 дм <sup>3</sup> /мин.	0,2 дм <sup>3</sup> /мин.
5,0–20,0 дм <sup>3</sup> /мин.	5,0 дм <sup>3</sup> /мин.
Предел основной приведенной погрешности задания расхода	±5 %
Допускаемое значение перепада давлений на поглотителе	
для канала 0,2–1,0 дм <sup>3</sup> /мин.	15 (0,15) кПа (кгс/см <sup>2</sup> )
для канала 5,0–20,0 дм <sup>3</sup> /мин.	2,5 (0,02) кПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Питание	230В, 50Гц или =12В
Потребляемая мощность	100 Вт
Габаритные размеры	280×240×280 мм
Масса	7 кг
Средний срок службы	8 лет



### НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический пробоотборник (Аспиратор) «ОП-442ТЦ» предназначен для отбора проб воздуха и (или) газа с заданным объемным расходом при выполнении газоаналитических измерений.

Аспиратор позволяет отбирать пробу заданного объема, рассчитываемого по установленным значениям расхода и времени отбора при контроле атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха	–10 до +40 °С
Давление	630–800 мм рт. ст.
Относительная влажность	До 98%